

Estereomicroscopios

Guía de ergonomía

Tubos de oculares más largos: reducen la flexión de la columna torácica (espalda) que puede ser adoptada por un operador

Cuello: no debe presentar una inclinación de más de 20°

Espalda: mantenerla derecha sin ningún ángulo

Ajuste de silla: las rodillas deben encontrarse flexionadas en ángulos de 90° y los pies deben tocar el suelo



Tubos de oculares basculantes/ inclinables: reducen la inclinación de la columna cervical manteniéndola en un ángulo menor a 20°

Punto ocular extensible: para ajustar los oculares a la altura correcta de cualquier operador

Tornillos de ajuste: deben situarse de tal manera que permitan un acceso cómodo

Altura de mesa: debe ser ajustada para mantener los brazos en ángulos de 90° a 120°