

Skrzynia na endoskop IV9635X1N**MAJ-2501****1 Przeznaczenie**

Ta skrzynia na endoskop jest przeznaczona do użytku z jednostką endoskopową IPLEX NX. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi jednostki endoskopowej IPLEX NX.

2 Zawartość opakowania

Skrzynia na endoskop — korpus główny..... 1 Instrukcja (niniejsza ulotka) 1

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione powyżej elementy. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości co do użyteczności korpusu głównego lub akcesorium, nie należy go używać. Skontaktować się z firmą EVIDENT.

3 Dane techniczne

Element	Dane techniczne
Wymiary	455 × 185 × 330 mm (szer. × wys. × gł.)
Waga	2,2 kg

4 Środki ostrożności dotyczące obsługi

- Nie podnosić ani nie używać tej skrzyni na endoskop, gdy otwarta jest jej pokrywa.

5 Środki ostrożności dotyczące przechowywania

- Nie wystawiać adaptera optycznego na działanie wysokiej temperatury, dużej wilgotności, bezpośredniego światła słonecznego lub promieni radioaktywnych.

6 Rozwiązywanie problemów i naprawa

- W przypadku podejrzenia wystąpienia choćby najmniejszego problemu należy niezwłocznie skontaktować się z firmą EVIDENT.



Numer artykułu: PL-702650

Manufactured by

EVIDENT CORPORATION

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

Distributed by

EVIDENT EUROPE GmbH

Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

Akcesorium do endoskopu przemysłowego

Instrukcja pakowania

