

体视显微镜

人体工程学指南

更长的镜筒减少了操作人员改变其背部角度的需要

可倾斜镜筒减少了操作人员倾斜颈部的需要,并将角度安全地保持在20°以下

颈部倾斜度小于20°

眼点高度可调节
调节器可将目镜放置在适合于任何身高操作人员的正确高度上

背部笔直,不完弯

调节旋钮触手可及

调整座椅使膝盖弯曲呈90°,并接触地面

调整工作台高度,使手臂的弯曲角度在90-120°之间