

## IPLEX GAir专用遥控手柄装置 MAJ-2482

### 1. 用途

本仪器设计为与 IPLEX GAir一起使用。  
有关更多信息, 请参阅 IPLEX GAir 使用说明书。

### 2. 包装内容

遥控手柄装置主体 .....	1
插入管固定装置 .....	1
说明书 (本页) .....	1

请将包装内的物品与上面所列的部件进行比对。如对主体或配件的可用性有任何疑问, 请勿继续使用, 应与EVIDENT联系。



### 3. 存放须知

请勿将光学适配器暴露在高温、高湿、阳光直射或有放射线辐射的环境中。

### 4. 故障排除与维修

哪怕是察觉最细微的故障, 也请参阅 IPLEX GAir 系列使用说明书的第8章“故障排除”。  
如对说明书中的信息有任何疑问, 请与EVIDENT 联系。

## 5. 外部使用标准

EMC信息	<p>本产品符合标准IEC/EN 61326-1有关电磁兼容性的要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 辐射 A级, 适用于工业环境要求。</li> <li>· 抗扰性 适用于工业环境要求。</li> </ul> <p>如果本产品用于民用设施, 可能会产生一些干扰。</p>
FCC信息	<p>· 该装置符合以下要求:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· FCC规则第15部分</li> </ul> <p>操作符合以下两个条件:(1) 该设备不得造成有害干扰, 且(2) 该设备必须接受任何收到的干扰, 包括可能会导致意外操作的干扰。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· FCC警告</li> </ul> <p>未经负责符合性的一方明确许可而擅自进行变更或改装, 可导致用户丧失对设备的操作权。</p>
<p>WEEE指令</p> 	<p>以下适用于左侧的标志。</p> <p>根据欧洲有关报废电子电气设备的指令, 该符号表示本产品绝不能作为未分类的垃圾进行处理, 而应单独收集。</p> <p>有关您在国家/地区的可用回收和/或收集系统, 请咨询您当地的仪景通经销商。</p>
<p>中国RoHS指令</p>  <p>电器电子产品有害物质限制使用标志</p>	<p>本标志是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电器电子产品有害物质限制使用标识要求”的规定, 适用于在中国销售的电器电子产品上的电器电子产品有害物质使用限制标志。</p> <p>(注意) 电器电子产品有害物质限制使用标志内的数字为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限, 不是保证产品功能性能的期间。</p>

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

销售商名称 - 地址

### 仪景通光学科技 (上海) 有限公司

总部: 中国 (上海) 自由贸易试验区日樱北路 199-9 号 102 及 302 部位

生产日期: 请见捆包箱

北京分公司: 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 1 幢一层 102 室

售后服务热线: 400-969-0456

工业内窥镜附件



MM4092 02

2022 年 7 月出版